

**Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů –  
Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním  
s referenčním snímačem****ČSN  
ISO 16063-21  
OPRAVA 1**

01 1417

## Corrigendum

Tato oprava ČSN ISO 16063-21:2004 je českou verzí opravy ISO 16063-21:2003/Cor.1:2009-04. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN ISO 16063-21:2004 is the Czech version of the Corrigendum ISO 16063-21:2003/Cor.1:2009-04. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

**ČSN ISO 16063-21 (01 1417) Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů – Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem** ze srpna 2004 se opravuje takto:

V 3.2 ve druhém odstavci se ruší text „(viz poznámka 1)“ a nahrazuje se textem:

„(viz poznámka)“.

V 5.2 ve třetím odstavci se ruší text „...zesilovačem, měly by se získat...“ a nahrazuje se textem:

„...zesilovačem, musejí se získat...“.

V A.3.1 v prvním odstavci, v prvním řádku se ruší značka „ $U_{rel}(S_t)$ “ a nahrazuje se:

„ $U_{rel}(S)$ “.

V A.3.2 v prvním odstavci, v prvním řádku se ruší značky „ $\Delta\varphi_t$ “ a „ $S_t$ “ nahrazují se:

„ $\Delta\varphi$ “ a „ $S$ “.

V A.3.2 ve druhé větě prvního odstavce se ruší značka „ $U(S_t)$ “ a nahrazuje se:

„ $U(\Delta\varphi_t)$ “.

V A.3.2 v tabulce A.4 ve druhém sloupci na druhém až jedenáctém řádku se ruší značky „ $u(e_{T,A}^*)$ ,  $u(e_{L,f,A}^*)$ ,  $u(e_{L,f,T}^*)$ ,  $u(e_{L,a,A}^*)$ ,  $u(e_{L,a,T}^*)$ ,  $u(e_{i,A}^*)$ ,  $u(e_{i,T}^*)$ ,  $u(e_{E,A}^*)$ ,  $u(e_{E,T}^*)$ ,  $u(e_{M,T}^*)$ “ a nahrazují se značkami:

„ $u(\Delta\varphi_{T,A})$ ,  $u(\Delta\varphi_{L,f,A})$ ,  $u(\Delta\varphi_{L,f,T})$ ,  $u(\Delta\varphi_{L,a,A})$ ,  $u(\Delta\varphi_{L,a,T})$ ,  $u(\Delta\varphi_{i,A})$ ,  $u(\Delta\varphi_{i,T})$ ,  $u(\Delta\varphi_{E,A})$ ,  $u(\Delta\varphi_{E,T})$ ,  $u(\Delta\varphi_{M,T})$ “.

Na obrázku D.1 se před horním třetím blokem (Voltmetr  $V_1$ ) doplňuje značka „ $u_1$ “.

Před dolním třetím blokem (Voltmetr  $V_2$ ) se ruší značka „ $U_2$ “ a nahrazuje se „ $u_2$ “.

V článku D.4 ve druhém odstavci se ruší text „Střední hodnota  $i$ -tého činitele se rovná 1 (při rozdílných rozděleních, normální, obdélníkové atd.) a je dána vztahem“ a nahrazuje se:

„Jejich očekávané hodnoty se rovnají 1 (a s různými rozděleními, normálním, obdélníkovým atd.) a jsou dány vztahem“.

*V článku D.4 ve druhém odstavci se v poslední větě ruší text „střední hodnota“ a nahrazuje se: „očekávaná hodnota“.*

*V tabulce D.1 ve druhém sloupci, v šestém řádku tabulky se ruší text „...kolísání teploty. Citlivost...“ a nahrazuje se: „...kolísání teploty. Citlivost...“.*

### **Vypracování normy**

Zpracovatel: JANDÁK Praha, IČ 12494372, Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 11, Vibrace a rázy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

**U p o z o r ě n í :** Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN ISO 16063-21 OPRAVA 1**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2010, 2 strany

**84905** Cenová skupina 998

