

ICS 17.100; 23.060.01

ČSN
EN 61518
OPRAVA 1
13 3085

Duben 2003

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

**Připojovací rozměry mezi měřicími zařízeními diferenčního tlaku
a přírubovými uzavíracími armaturami do 413 bar (41,3 MPa)**





Corrigendum to EN 61518:2001

English version

Foreword

Replace dop by "2002-06-01".

Figure 2

Replace the dimension of the groove for the seal ring by $1,8^{+0,1}_0$.

February 2002



Corrigendum à la EN 61518:2001

Version française

Avant-propos

Remplacer dop par "2002-06-01".

Figure 2

Remplacer la dimension de la rainure pour l'anneau d'étanchéité par $1,8^{+0,1}_0$.

Février 2002



Corrigendum zu EN 61518:2001

Deutsche Fassung

Vorwort

Das "dop" ist zu **ersetzen** durch "2002-06-01".

Bild 2

Das Maß für die Eindrehung des Dichtringes ist zu **ersetzen** durch $1,8^{+0,1}_0$.

Februar 2002

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 61518 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2009, 8 stran

66986 Cenová skupina 998



8 590963 66986 1