



**Měřidla tlaku –
Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí –
Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení**

**ČSN
EN 837-1
OPRAVA 1
25 7012**

Corrigendum

ČSN EN 837-1 Měřidla tlaku – Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí – Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení z března 1998 se opravuje takto:

Na titulní straně se v pravé horní části textového pole (pod čarou) doplňují údaje o shodnosti se samostatně vydanými opravami EN, v ČSN EN 837-1 již zapracovanými:

idt EN 837-1:1996/Cor:1997-02

idt EN 837-1:1996/AC:1998-06

Dále se na titulní straně mění znění údaje o převzetí takto:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 837-1:1996 včetně oprav EN 837-1:1996/Cor:1997-02 a EN 837-1:1996/AC:1998-06. Evropská norma EN 837-1:1996 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 837-1:1996 including their Corrigenda EN 837-1:1996/Cor:1997-02 and EN 837-1:1996/AC:1998-06. The European Standard EN 837-1:1996 has the status of a Czech Standard.

Na straně 11, v tabulce 8 se opravují hodnoty průměrů ve sloupci d_3 .

Tabulka 8 - Rozměry těsnicích podložek

Rozměry v milimetrech

Velikost závitu	d_2	d_3	$e \pm 0,2$
G 1/8 B	$4,2^{+0,2}_0$	$8,0^{0}_{-0,2}$	1,5
G 1/4 B	$5,2^{+0,2}_0$	$9,5^{0}_{-0,2}$	1,5
G 3/8 B	$5,7^{+0,3}_0$	$13^{0}_{-0,3}$	2
G 1/2 B	$6,2^{+0,4}_0$	$17,5^{0}_{-0,5}$	2

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 837-1 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2001, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

63059 Cenová skupina 403

