

**Geometrické specifikace výrobků (GPS) –
Délková měřidla – Konstrukční a metrologické
charakteristiky mechanických číselníkových
úchylkoměrů****ČSN
EN ISO 463
OPRAVA 1
25 1801**idt EN ISO 463:2006/AC:2007-10
idt ISO 463:2006/Cor.1:2007-06

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN ISO 463:2006 je českou verzí opravy EN ISO 463:2006/AC:2007-10. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN ISO 463:2006 is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 463:2006/AC:2007-10. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN ISO 463 (25 1801) Geometrické specifikace výrobků (GPS) – Délková měřidla – Konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů ze září 2006 se opravuje takto:

V kapitole 2 se nedatovaný odkaz „ISO 14978: –“ nahrazuje odkazem datovaným „ISO 14978:2006“.

Text třetího odstavce článku 5.1 se nahrazuje následujícím textem.

Výrobce musí specifikovat informaci o MPE a MPL pro metrologické charakteristiky číselníkového úchylkoměru podle tabulky 3. Pro účely ověřování po prodeji, mají zákazníci volnost ve stanovení vlastních hodnot MPE a MPL podle potřeb organizace. Pokud není stanoveno výrobcem jinak, musí statická odezva číselníkového úchylkoměru splňovat hodnoty hystereze a opakovatelnosti chyby indikace MPE/MPL v jakékoliv poloze, v rámci měřicího rozsahu a při jakékoliv orientaci číselníkového úchylkoměru (viz tabulku 3).

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 16112946

Technická normalizační komise: TNK 7 Geometrické specifikace produktu

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 463 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2008, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

80754 Cenová skupina 403



8 590963 807546