



**Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně –
Část 2-15: Zvláštní požadavky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely**

**ČSN
EN 61558-2-15
OPRAVA 1**

35 1330

idt EN 61558-2-15:2001/Cor.:2004-04

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 61558-2-15:2001/Cor.:2004-04.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 61558-2-15:2001/Cor.:2004-04.

ČSN EN 61558-2-15 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně – Část 2-15: Zvláštní požadavky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely z prosince 2001 se opravuje takto:

POZNÁMKA Tato oprava obsahuje a nahrazuje opravu Corrigendum srpen 2003.

Předmluva

Nahrazuje se odstavec následující za daty převzetí takto:

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou pouze pro informaci.

V této normě je příloha ZB normativní a příloha ZC informativní.

Přílohy ZB a ZC doplnil CENELEC.

Doplňují se následující společné modifikace:

6 Jmenovité hodnoty

6.102 *Nahrazuje se „3 kVA“ textem „0,5 kVA“.*

Ruší se národní poznámka.

Mění se název stávající přílohy na „Příloha ZB“.

Doplňuje se:

Příloha ZC (informativní)

Odchytky A

Odchytky A: Národní odchytky kvůli předpisům, jejichž změna je prozatím mimo oprávnění člena CEN/CENELEC.

Tato evropská norma spadá pod direktivu 73/23/EEC.

POZNÁMKA (z CEN/CENELEC IR Část 2, 3.1.9): Tam, kde normy spadají pod Směrnice ES, zastává Komise Evropských společenství názor (OJ No C59, 1982-03-09), že v důsledku rozhodnutí Soudního dvora v případě 815/79 Cremonini/Vrankovich (Zprávy Evropského soudního dvora 1980, str. 3583) není shodnost s odchylkou typu A nadále povinná a že nemá být omezován volný pohyb výrobků vyhovujících takové normě v rámci ES, za podmínky dodržení postupu ochrany bezpečnosti stanovené v příslušné Směrnici.

Článek Odchytky

Všeobecně **Španělsko**

(Real Decreto 842/2002; datované 2002-08-02 pro Pravidla pro elektrické instalace nízkého napětí; ITC-BT-38, Zvláštní požadavky pro elektrické instalace v místnostech pro léčebné účely)

Shoda se závaznými technickými požadavky pro transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely je předpokládána při použití španělské normy UNE 20615:1978, Lékařské oddělovací ochranné transformátory a ovládací a dohlížecí zařízení.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, Tomáš Pech

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Tomáš Pech

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 61558-2-15 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o

Rok vydání 2004, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

70563 Cenová skupina 403



8 590963 705637