

**Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí,
řídící a laboratorní zařízení –
Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční
multimetry a další měřidla pro domácí
a profesionální použití, s možností měřit síťové
napětí**

**ČSN
EN 61010-2-033
OPRAVA 1**

35 6502

Corrigendum

ČSN EN 61010-2-033 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídící a laboratorní zařízení – Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí z ledna 2013 se opravuje takto:

V celém textu normy se termín „DOPLŇKOVÁ IZOLACE“ opravuje na termín „PŘÍDAVNÁ IZOLACE“.

Oprava se týká těchto článků, tabulek a obrázků:

článek 6.5.1 odstavec a),

obrázek 4,

tabulka K.101,

tabulka K.102,

tabulka K.103,

tabulka K.104,

článek K.101.4.2 první odstavec,

článek K.101.4.3 první odstavec a

článek K.101.4.4 první odstavec.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN 61010-2-033 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2013, 2 stran

92529 Cenová skupina 998



8 590963 925295