

**Zdravotnické elektrické přístroje – Měřiče aktivity –
Zvláštní metody pro stanovení parametrů****ČSN
EN 61303
OPRAVA 1
36 4737**

idt IEC 61303:1994/COR1:2016-06

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61303:1997 je českou verzí opravy EN 61303:1995/AC:2016-07. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 61303:1997 is the Czech version of the Corrigendum 61303:1995/AC:2016-07. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Národní předmluva**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické prostředky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Kubeš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ICS 11.040.50

**Zdravotnické elektrické přístroje – Měřiče aktivity –
Zvláštní metody pro stanovení parametrů
(IEC 61303:1994/COR1:2016)**

Medical electrical equipment – Radionuclide calibrators –
Particular methods for describing performance
(IEC 61303:1994/COR1:2016)

Appareils électromédicaux – Calibrateurs
de radionucléides – Méthodes particulières
pour décrire les performances
(IEC 61303:1994/COR1:2016)

Medizinische elektrische Geräte – Aktivitätsmeter –
Spezielle Verfahren zur Bestimmung
der Leistungsparameter
(IEC 61303:1994/COR1:2016)

Tato oprava vstupuje v platnost dne 2016-07-22 pro začlenění do anglické jazykové verze EN.



**Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung**

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

Oznámení o schválení

Text opravy IEC 61303:1994/COR1:2016 byl schválen CENELEC jako EN 61303:1995/AC:2016-07 bez jakýchkoliv modifikací.

4.1.2.2 Vyhodnocení

Třetí věta článku se nahrazuje novou větou:

Pro každé měření se vypočítá E_R , což je poměr očekávané AKTIVITY ke korigované měřené AKTIVITĚ.

5.3 Vyhodnocení

Původní vzorec tohoto článku se nahrazuje novým vzorcem:

$$CV_A = \frac{1}{A} \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n A_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n A_i \right)^2}{n(n-1)}}$$

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN 61303 OPRAVA 1



505912

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2018, 4 strany
Cenová skupina 998

