

**Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 2-10: Zvláštní požadavky na bezpečnost
nervových a svalových stimulátorů****ČSN
EN 60601-2-10/A1
OPRAVA 1
36 4800**

idt IEC 60601-2-10:1987/A1:2001/Cor.1:2002-02

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60601-2-10:2001/A1:2002 je českou verzí opravy IEC 60601-2-10:1987/A1:2001/Cor.1:2002-02. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60601-2-10:2001/A1:2002 is the Czech version of the Corrigendum IEC 60601-2-10:1987/A1:2001/Cor.1:2002-02. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 60601-2-10/A1 (36 4800) Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-10: Zvláštní požadavky na bezpečnost nervových a svalových stimulátorů ze září 2002 se opravuje takto:

strana 8:

42 Nadměrné teploty

Existující kapitola 42 se nahrazuje takto:

42 Nadměrné teploty

Tato kapitola všeobecné normy platí s následujícími výjimkami:

Doplňuje se zkouška shody požadavků podle článků 42.1 až 42.3 takto:

5) Zkušební kritéria

Doplňuje se třetí odstavec:

Shoda s požadavky na maximální teploty podle všeobecné normy se kontroluje za podmínek specifikovaných v 7.1 aa).

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřich Šesták

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60601-2-10/A1 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2008, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79772 Cenová skupina 403

