

**Zdravotnické elektrické přístroje –  
Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní  
bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických  
přístrojů využívajících magnetické rezonance**

**ČSN  
EN 60601-2-33**  
ed. 3  
**OPRAVA 2**  
36 4801

idt IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016-02

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60601-2-33 ed. 3:2011 je českou verzí opravy EN 60601-2-33:2010/AC:2016-03. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60601-2-33 ed. 3:2011 is the Czech version of the Corrigendum EN 60601-2-33:2010/AC:2016-03. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

## Národní předmluva

### Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické prostředky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Kubeš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ICS 11.040.55

**Zdravotnické elektrické přístroje –  
Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost  
diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance  
(IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016)**

Medical electrical equipment –  
Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance  
of magnetic resonance equipment for medical diagnosis  
(IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016)

Appareils électromédicaux –  
Partie 2-33: Exigences particulières pour la sécurité  
de base et les performances essentielles  
des appareils à résonance magnétique utilisés  
pour le diagnostic médical  
(IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016)

Medizinische elektrische Geräte –  
Teil 2-33: Besondere Festlegungen für die Sicherheit  
von Magnetresonanzgeräten für die medizinische  
Diagnostik  
(IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016)

Tato oprava vstupuje v platnost dne 2016-03-04 pro začlenění do anglické jazykové verze EN.



**Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice  
European Committee for Electrotechnical Standardization  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique  
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung  
Řídící centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel**

**Oznámení o schválení**

Text opravy IEC 60601-2-33:2010/COR2:2016 byl schválen CENELEC jako EN 60601-2-33:2010/AC:2016-03 bez jakýchkoliv modifikací.

### 201.12.4.102.3.3 Meze související se stimulací periferních nervů (PNS)

V první a druhé odrážce položky a) se před text „PRAHOVÉ ÚROVNĚ PNS“ doplňuje text „průměrné“.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu [info@agentura-cas.cz](mailto:info@agentura-cas.cz).

### ČSN EN 60601-2-33 ed. 3 OPRAVA 2



505668

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.  
Rok vydání 2018, 4 strany  
Cenová skupina 998

