

**Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní
bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických
rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu
10 kV až 1 MV**

**ČSN
EN 60601-2-8
ed. 2
OPRAVA 1
36 4801**

Corrigendum

ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV z ledna 2016 se opravuje takto:

V článku 201.10.1.2.111.7 se nahrazuje druhá odrážka takto:

- „je RENTGENOVÝ PŘÍSTROJ navržen pro použití pouze s terapeutickými TUBUSY, jejichž jmenovitá VZDÁLENOST OHNISKO – KŮŽE je větší než 40 cm.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: KORPAS Olomouc, IČO 73792781, Ing. David Korpas, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické prostředky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Kubeš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 OPRAVA 1



507232

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2019, 2 strany
Cenová skupina 998



8 596135 072323