

**Cigarety – Stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech – Metoda plynové chromatografie****ČSN  
ISO 10315  
OPRAVA 1  
56 9507**

idt ISO 10315:2000/Cor.1:2000-11

## Corrigendum

Tato oprava ČSN ISO 10315:2003 je českou verzí opravy ISO 10315:2000/Cor.1:2000-11. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN ISO 10315:2003 is the Czech version of the Corrigendum ISO 10315:2000/Cor.1:2000-11. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

**ČSN ISO 10315 (56 9507) Cigarety – Stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech – Metoda plynové chromatografie** z července 2003 se opravuje takto:

*Na straně 8 ve druhém bodu seznamu v článku 9.3 Vstřikovací systémy se text*

- nosný plyn helium při lineárním průtoku přibližně 25 mm/s

*opravuje na*

- nosný plyn helium při lineárním průtoku přibližně 25 cm/s.

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN ISO 10315 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2008, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**80283** Cenová skupina 403

