

ČSN ISO 2917 Maso a masné výrobky. Měření pH (Referenční metoda)
(57 0148) Vydání: Září 1994

Za čl. **6.3** se doplňuje článek:

6.4 Mechanický mlýnek na maso, laboratorní typ s deskou o velikosti otvorů max. 4 mm.

Za čl. **8.4.2** se doplňuje článek:

8.4.3 Z téhož vzorku se provedou tři stanovení.

V čl. **8.1** se opravuje: „ . . .pomletím na mlýnku (6.4.)“

V čl. **10.3** se opravuje první věta: „S přesností na **0,001** g se naváží. . .“