
**Ropa – Stanovení obsahu vody –
Destilační metoda**

**ČSN
EN ISO 9029
OPRAVA 1**

65 6062

Corrigendum

ČSN EN ISO 9029 (65 6062) Ropa – Stanovení obsahu vody – Destilační metoda ze srpna 1997 se opravuje takto:

V článku 11.1 Opakovatelnost se poslední řádek nahrazuje takto:

od 0,1 % (V/V) do 1,0 % (V/V) vody: 0,08 % (V/V)

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

U p o z o r ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN ISO 9029 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2015, 2 strany

97810 Cenová skupina 998



8 590963 978109