

**Ropné výrobky – Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech – Vysokoučinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí****ČSN  
EN 12916  
OPRAVA 1  
65 6115**

Corrigendum

**ČSN EN 12916 (65 6115) Ropné výrobky – Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech – Vysokoučinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí** z prosince 2006 se opravuje takto:

*V kapitole 13 se v tabulce 2 nahrazují řádky 4 a 5 takto:*

**Tabulka 2 – Hodnoty shodnosti**

| Skupina aromátů                              | Rozsah<br>% (m/m) | Opakovatelnost    | Reprodukovatelnost |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Tri+aromatické uhlovodíky (T+AH)             | 0 až 2            | $0,092 X + 0,098$ | $0,442 X + 0,471$  |
| Polycyklické aromatické uhlovodíky (POLY-AH) | 1 až 12           | $0,074 X + 0,186$ | $0,185 X + 0,465$  |

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@unmz.cz](mailto:info@unmz.cz).

## ČSN EN 12916 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2014, 2 strany

**96023** Cenová skupina 998



8 590963 960234