



**Jakost vod – Zkouška inhibice
pohyblivosti *Daphnia magna* Straus
(*Cladocera*, *Crustacea*) – Zkouška
akutní toxicity**

**ČSN
EN ISO 6341
OPRAVA 1
75 7751**

idt EN ISO 6341:1996/AC:1998

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN ISO 6341:1996/AC:1998.

This corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 6341:1996/AC:1998.

ČSN EN ISO 6341 Jakost vod – Zkouška inhibice pohyblivosti *Daphnia magna* Straus (*Cladocera*, *Crustacea*) – Zkouška akutní toxicity (75 7751) z prosince 1997 se opravuje takto:

V 2. řádku 2. odstavce článku 8.4 se text „... rozsah 0,6 mg/l až 1,7 mg/l ...“ nahrazuje textem „... rozsah 0,6 mg/l až 2,1 mg/l ...“.

V bodě c) článku 9.2 se text „... v rozsahu od 0,6 mg/l do 1,7 mg/l...“ nahrazuje textem „... v rozsahu od 0,6 mg/l do 2,1 mg/l“.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 6341 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 1999, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

55756 Cenová skupina 403



8 590963 557564