

**Kvalita ovzduší – Stacionární zdroje emisí –
Manuální metoda stanovení celkové hmotnostní
koncentrace rtuti**

**ČSN
EN 13211
OPRAVA 1**
83 4760

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 13211:2001/AC:2005-02.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 13211:2001/AC:2005-02.

ČSN EN 13211 (83 4760) Kvalita ovzduší – Stacionární zdroje emisí – Manuální metoda stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti z ledna 2002 se opravuje takto:

Za článek 6.3.2 se doplní nový odstavec:

Varování – Při přípravě roztoku podle 6.3.2 je třeba dát pozor na možnost vzniku tlaku, způsobeného uvolněním plynů.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 13211 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2005, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

73096 Cenová skupina 403

