



**Sterilizátory pro zdravotnické účely –  
Ethylenoxidové sterilizátory –  
Požadavky a zkušební postupy**

**ČSN  
EN 1422  
OPRAVA 1  
84 7109**

idt EN 1422:1997/AC:2002-07

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 1422:1997/AC:2002-07.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 1422:1997/AC:2002-07.

**ČSN EN 1422 Sterilizátory pro zdravotnické účely – Ethylenoxidové sterilizátory – Požadavky a zkušební postupy** z dubna 1999 se opravuje takto:

*Strana 18*

**10.5.4 Dodávka sterilizačního prostředku z tlakových lahví**

První odstavec v 10.5.4.7 se nahrazuje následujícím textem:

**10.5.4.7** Pokud není k dispozici žádné jiné zařízení (viz 14.2.9) ke stanovení koncentrace EO ve sterilizační komoře, musí být tlaková láhev se sterilizačním prostředkem postavena na váze s dostatečnou váživostí pro největší velikost používané tlakové láhve se sterilizačním prostředkem a schopností stanovit hmotnost vpuštěného sterilizačního prostředku s přesností min.  $\pm 1\%$ , vztažené na hmotnost sterilizačního prostředku potřebného k naplnění nenaložené sterilizační komory na předepsaný pracovní tlak.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


### **ČSN EN 1422 OPRAVA 1**

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2003, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**66994** Cenová skupina 403



8 590963 669946