

Malé parní sterilizátory**ČSN
EN 13060+A1
OPRAVA 1**

84 7112

Corrigendum

ČSN EN 13060+A1 Malé parní sterilizátory z prosince 2009 se opravuje takto:

Tabulka 1Ve sloupci **Typ***Mění se „A“ na „N“***3.6***Mění se „IVM:1994“ na „VIM:1993“***8.5.2 f)***Mění se „rozlišitelnost 0,1 Pa“ na „rozlišitelnost 0,1 kPa“***10.16.1***Mění se „3 mm × 6 mm × 0,7 mm“ na „36 mm × 6 mm × 0,7 mm“***Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: ÚNMZ, IČ 48135267

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Andrea Peková

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 13060+A1 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2010, 2 strany

85198 Cenová skupina 998

