

ICS 11.040.25

ČSN
EN 80369-5
OPRAVA 1
85 2112

Duben 2022

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

**Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny
používané ve zdravotnictví –
Část 5: Konektory pro nafukování končetinových manžet**



ICS 11.040.20

English Version

Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare
applications - Part 5: Connectors for limb cuff inflation
applications
(IEC 80369-5:2016/COR2:2021)

Raccords de petite taille pour liquides et gaz utilisés dans le
domaine de la santé - Partie 5: Raccords destinés à des
applications au gonflage de brassard
(IEC 80369-5:2016/COR2:2021)

Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für
Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen -
Teil 5: Verbindungsstücke für Anwendungen mit
aufblasbaren Manschetten systemen für Gliedmaßen
(IEC 80369-5:2016/COR2:2021)

This corrigendum becomes effective on 25 June 2021 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 80369-5:2016/COR2:2021 was approved by CENELEC as EN 80369-5:2016/AC:2021-06 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 80369-5
 Edition 1.0 2016-03

IEC 80369-5
 Édition 1.0 2016-03

**Small-bore connectors for liquids and gases in
 healthcare applications –**

**Raccords de petite taille pour liquides
 et gaz utilisés dans le domaine de la santé –**

**Part 5: Connectors for limb cuff inflation
 applications**

**Partie 5: Raccords destinés à des applications
 au gonflage de brassard**

CORRIGENDUM 2

**Table B.2 – Female sphygmomanometer
 S1 SMALL-BORE CONNECTOR dimensions**

*Replace, in the minimum column of the
 row for reference ØW, "10,060" with
 "9,750".*

**Tableau B.2 – Dimensions du RACCORD
 DE PETITE TAILLE S1 de
 sphygmomanomètre femelle**

*Remplacer dans la colonne minimale de la
 ligne ØW, "10,060" par "9,750".*

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN 80369-5 OPRAVA 1



513894

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2022, 8 stran
Cenová skupina 998

