

**Sterilizace zdravotnických prostředků –  
Mikrobiologické metody –  
Část 1: Stanovení populace mikroorganismů  
na výrobcích**

**ČSN  
EN ISO 11737-1  
OPRAVA 1  
85 5260**

idt EN ISO 11737-1:2006/AC:2009-04  
idt ISO 11737-1:2006/Cor. 1:2007-05

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN ISO 11737-1:2007 je českou verzí opravy EN ISO 11737-1:2006/AC:2009-04. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN ISO 11737-1:2007 is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 11737-1:2006/AC:2009-04. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

**ČSN EN ISO 11737-1 (85 5260) Sterilizace zdravotnických prostředků – Mikrobiologické metody – Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích z ledna 2007 se opravuje takto:**

*V článku A.7.2 na str. 21 se poslední věta druhého odstavce mění takto:*

„Tento přístup však může být použit pro výrobky s nízkými hladinami mikrobiálního znečištění.“

*(Tvar slovesa „nemůže“ byl opraven na „může“.)*

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

**ČSN EN ISO 11737-1 OPRAVA 1**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2009, 2 strany

**83811** Cenová skupina 998

