

**Sterilizace výrobků pro zdravotní péči – Sterilizace
zářením –
Část 2: Určení sterilizační dávky****ČSN
EN ISO 11137-2
OPRAVA 1
85 5253**idt EN ISO 11137-2:2007/AC:2009-04
idt ISO 11137-2:2006/Cor. 1:2009-02

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN ISO 11137-2:2007 je českou verzí opravy EN ISO 11137-2:2007/AC:2009-04. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN ISO 11137-2:2007 is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 11137-2:2007/AC:2009-04. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

ČSN EN ISO 11137-2 (85 5253) Sterilizace výrobků pro zdravotní péči – Sterilizace zářením – Část 2: Určení sterilizační dávky z října 2007 se opravuje takto:

V článku 9.4.7.4.2 na str. 36 se první věta mění takto:

„Jestliže je některý z výsledků zkoušky sterility pozitivní, ověření se nepřijme.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 11137-2 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2009, 2 strany

83810 Cenová skupina 998

